



超高温压力变送器 用于生物技术/食品工业

SERIES 35 X HTC

这种压阻式高温压力变送器最高可测量温度达300℃的介质。压力施加在平膜片上，通过填充油毛细管传送到硅测量元件上。毛细管具有冷却螺管的功能，允许介质温度高达300℃。电子部分的温度可以通过PROG30软件读出，该部分的温度不会超过120℃。对于高腐蚀性介质，KELLER提供了特殊材质的压力接头。

压力变送器的数字输出

该系列基于稳定的压阻式压力传感器，利用了最新的内嵌16位A/D转换的XEMICS微处理技术，对传感器的温度影响与非线性进行数字补偿。利用READ30软件和K-107电缆，计算后的压力可以显示在笔记本或个人电脑上，也可以利用READ30软件将信号和图形信息储存到电脑上。最多可以有128个变送器同时利用总线系统进行通信。

压力变送器的模拟量输出

内嵌在XEMICS微处理器中的是一个16位的D/A转换器，可输出4...20mA或者0...10V的信号。输出频率是100Hz(可调)，在转换过程中，精度会有0.05%FS的损失。所有的模拟量输出的变送器都可以进行数字输出。

编程

利用KELLER公司的READ30和PROG30软件、一个RS485接口转换器(如K-102、K-104或K-107)和一台电脑，压力可以被显示，可以改变压力的单位，设定增益或调整零位。模拟量输出可以被设置成补偿范围内的任何区间。



PIN ASSIGNMENT

Output	Function	Binder 723	DIN 43650	MIL C-26482
4...20mA	OUT/GND	1	1	C
2 Wire	+Vcc	3	3	A
0...10V	GND	1	1	C
	OUT	2	2	B
3 Wire	+Vcc	3	3	A
	RS485A	4		D
Digital	RS485B	5		F



技术参数

标准压力范围FS和过压(bar)

PR-35XHTC	3	10	30			
PAA-35XHTC	3	10	30	100	300	1000
过压	5	20	60	200	400	1100

通过分割标准量程，可以设定所有模拟量输出中间量程，而不用增加任何费用。
可选：直接设定任何中间量程。

	数字	模拟量(2线)	模拟量(3线)
输出	RS485	4...20mA	0...10V
供电(U)	8...28Vcc	8...28Vcc	13...28Vcc
误差范围* (20...300℃)**	0.5%FS	0.5%FS	0.5%FS

*线性+迟滞+重复性+温度系数+零点+极限偏差 **介质温度，电子部分温度最高120℃

线性(最佳拟合直线)	0.05%FS
频响	100Hz
分辨率	0.002%FS
长时间稳定性	0.2%FS

阻抗(Ω)	< (U-7V)/0.02A(2线) > 5KΩ(3线)
电气连接	- MIL C-26482插头 (6柱) - Binder插头 723(5柱) - DIN43650插头(4柱)
绝缘@50V	> 10MΩ/50V
贮存/使用温度范围	介质:0...300℃,电子部分:0...120℃
耐用性	10 × 10 ⁶ 次0...100%压力循环, 25℃
振动	20g(5...2000Hz,最大振幅3mm) 对应IEC68-2-6
冲击	20g(11ms)
防护等级	IP65 可选IP67
电磁兼容认证	EN61000-6-1...-6-4
接液材质	不锈钢316L/氟橡胶
重量	≈ 300g
绝对体积变化	< 0.1mm ³
支架	- 水平位置(带走热量) - 与室温连通的冷却螺管

注意：所有的型号具有RS485接口(数字信号输出和编程)
可选项目：(1)开关输出，通过接口编程
(2)压力和温度的特殊计算
(3)壳体材质、填充油类型、压力接口。

多项式补偿

采用数学模型，由压力传感器(S)和温度传感器(T)测得的信号推导出精确的压力值(P)。变送器中的微处理器采用下述多项式计算出P值

$$P(S, T) = A(T) \cdot S^0 + B(T) \cdot S^1 + C(T) \cdot S^2 + D(T) \cdot S^3$$

系数A(T)...D(T)取决于温度，见下述关系式。

$$A(T) = A_0 \cdot T^0 + A_1 \cdot T^1 + A_2 \cdot T^2 + A_3 \cdot T^3$$

$$B(T) = B_0 \cdot T^0 + B_1 \cdot T^1 + B_2 \cdot T^2 + B_3 \cdot T^3$$

$$C(T) = C_0 \cdot T^0 + C_1 \cdot T^1 + C_2 \cdot T^2 + C_3 \cdot T^3$$

$$D(T) = D_0 \cdot T^0 + D_1 \cdot T^1 + D_2 \cdot T^2 + D_3 \cdot T^3$$

这种压力传感器在工厂测试中经过了各种层级的温度和压力测量，得到相应的测量值S，连同精确的压力与温度值一起可以计算出系数A₀...D₃，最后把这些系数录入微处理器的EEPROM中。

压力变送器在实际使用中，微处理器测出信号(S)和(T)，根据温度值计算出系数，并通过P(S, T)方程式计算出压力值。

计算和变换是以每秒至少400次运行速度(随信号形式而定)进行的。

30附件


每一个30变送器都集成了一个可供用户使用的数字接口(RS485半双工)。变送器可以通过RS232-RS485转换器(如K-102,K-104,K-107)连接到个人电脑或笔记本上。提供如下两种免费程序:

PROG30:仪表设定

- 读出信息 (压力和温度范围，软件版本等)
- 实时压力数据显示
- 单位选择
- 设定变送器新的零位和增益信息
- 重设模拟量输出 (不同单位，其他压力范围)
- 设定仪表地址 (用于总线操作)
- 设计低通滤波

READ30:利用图表进行的数据采集

- 快速读出并用图表显示
- 动态测量的记录
- 在一个串联中连接多达16个变送器(总线操作)



也可将变送器与自有软件连接，你将有KELLER提供的通讯协议、DLL动态链接库和一些例子程序供你使用。

更换插头实验室应用要求相同的变送器在不同的测量点使用不同的电气插头，为了满足这类应用，KELLER可提供与与内部标准插座相配的各种插头，使更换插头成为很容易的事。